SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 28/09/2023

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **350/2023**

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: AV BRASIL, 1810
XANXERÊ - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 240/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: DGT	Modelo: DGT/INT	Nº Série: 00335

Metrologista executor	Data
MARCIO TOSETO	26/09/2023

Modelo conforme caderno de componentes **(X) Sim** **( ) Não** **( ) Não aplicável**

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos **(X) Sim** **( ) Não**

Ensaio de Campo

Faixa: 1 **Sentido:** BR 282 / CENTRO **Identif.:** AV BRASIL, 181

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	53,6	53,0	53,0	0,6	5,0	0,0	0
2	52,8	51,0	51,0	1,8	5,0	0,0	0
3	50,3	49,0	49,0	1,3	5,0	0,0	0
4	52,3	51,0	51,0	1,3	5,0	0,0	0
5	52,6	51,0	51,0	1,6	5,0	0,0	0

Faixa: 2 **Sentido:** CENTRO / BR 282 **Identif.:** AV BRASIL, 181

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	50,9	50,0	50,0	0,9	5,0	0,0	0
2	52,1	51,0	51,0	1,1	5,0	0,0	0
3	54,6	53,0	53,0	1,6	5,0	0,0	0
4	52,6	52,0	52,0	0,6	5,0	0,0	0
5	54,1	53,0	53,0	1,1	5,0	0,0	0

(X) Aprovado **( ) Reprovado**

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15239649
Selos/lacres utilizados: H2673062-2, H2673064-8, H2673063-5

9602577 - MARCIO TOSETO

PR4045