SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 28/09/2023

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **351/2023**

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: RUA OURO PRETO, ESQUINA COM RUA JAIME DAVI
XANXERÊ - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 240/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: DGT	Modelo: DGT/INT	Nº Série: 00332

Metrologista executor	Data
MARCIO TOSETO	26/09/2023

Modelo conforme caderno de componentes	**(X) Sim**	**( ) Não**	**( ) Não aplicável**
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	**(X) Sim**	**( ) Não**	

Ensaio de Campo

Faixa: 1 **Sentido:** CENTRO / BAIRRO

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	52,1	50,0	50,0	2,1	5,0	0,0	0
2	52,9	51,0	51,0	1,9	5,0	0,0	0
3	53,2	51,0	51,0	2,2	5,0	0,0	0
4	53,3	52,0	52,0	1,3	5,0	0,0	0
5	52,8	52,0	52,0	0,8	5,0	0,0	0

Faixa: 2 **Sentido:** BAIRRO / CENTRO

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	55,6	55,0	55,0	0,6	5,0	0,0	0
2	54,9	54,0	54,0	0,9	5,0	0,0	0
3	53,7	53,0	53,0	0,7	5,0	0,0	0
4	53,6	53,0	53,0	0,6	5,0	0,0	0
5	55,2	55,0	55,0	0,2	5,0	0,0	0

(X) Aprovado ( ) Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15239650
Selos/lacres utilizados: H2673065-0, H2673067-6, H2673066-3

9602577 - MARCIO TOSETO

PR4045