SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 30/09/2021

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **405/2021**

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: RUA JOINVILLE, Nº 394
XANXERÊ - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 240/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: DGT	Modelo: DGT/INT	Nº Série: 00031

Metrologista executor	Data
MARCIO TOSETO	21/09/2021

Modelo conforme caderno de componentes	**(X) Sim**	**( ) Não**	**( ) Não aplicável**
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	**(X) Sim**	**( ) Não**	

Ensaio de Campo

Faixa: FAIXA 1 **Sentido:** BAIRRO / CENTRO

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	52,4	53,0	53,0	- 0,6	5,0	0,0	0
2	55,6	54,0	54,0	1,6	5,0	0,0	0
3	51,8	53,0	53,0	- 1,2	5,0	0,0	0
4	51,2	52,0	52,0	- 0,8	5,0	0,0	0
5	51,4	52,0	52,0	- 0,6	5,0	0,0	0

Faixa: FAIXA 2 **Sentido:** CENTRO / BAIRRO

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	52,1	50,0	50,0	2,1	5,0	0,0	0
2	51,9	50,0	50,0	1,9	5,0	0,0	0
3	51,4	51,0	51,0	0,4	5,0	0,0	0
4	53,6	52,0	52,0	1,6	5,0	0,0	0
5	51,3	49,0	49,0	2,3	5,0	0,0	0

(X) Aprovado ( ) Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 13974678
Selos/lacres utilizados: H1482747-9, H1482749-4, H1482748-1

9602577 - MARCIO TOSETO

PR4045