SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 30/09/2021

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **406/2021**

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: RUA 27 DE FEVEREIRO, Nº736
XANXERÊ - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 240/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: DGT	Modelo: DGT/INT	Nº Série: 00030

Metrologista executor	Data
MARCIO TOSETO	21/09/2021

Modelo conforme caderno de componentes	**(X) Sim**	**( ) Não**	**( ) Não aplicável**
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	**(X) Sim**	**( ) Não**	

Ensaio de Campo

Faixa: FAIXA 1 **Sentido:** CENTRO / SC 480

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	51,1	50,0	50,0	1,1	5,0	0,0	0
2	52,2	51,0	51,0	1,2	5,0	0,0	0
3	50,8	49,0	49,0	1,8	5,0	0,0	0
4	53,4	54,0	54,0	- 0,6	5,0	0,0	0
5	49,9	49,0	49,0	0,9	5,0	0,0	0

Faixa: FAIXA 2 **Sentido:** SC 480 / CENTRO

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	53,2	52,0	52,0	1,2	5,0	0,0	0
2	54,0	53,0	53,0	1,0	5,0	0,0	0
3	53,2	52,0	52,0	1,2	5,0	0,0	0
4	51,9	51,0	51,0	0,9	5,0	0,0	0
5	52,2	52,0	52,0	0,2	5,0	0,0	0

(X) Aprovado ( ) Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 13974781
Selos/lacres utilizados: H1482750-3, H1482752-9, H1482751-6

9602577 - MARCIO TOSETO

PR4045