SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO



Data de Emissão: 14/04/2025

# REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

**Nº do registro de medição:** **353/2025**

| Tipo de serviço metrológico | Orgão metrológico |
|---|---|
| Verificação periódica | Instituto de Metrologia de Santa Catarina |

**Local de execução do serviço metrológico**

Endereço: AV. LA SALLE, PRÓX. Nº1810
XANXERÊ - SC

**Identificação do modelo**

Nº portaria de aprovação: 245/2022

Nº aditivos da portaria de aprovação:

| Marca: | Modelo: | Nº Série: |
|---|---|---|
| FOCALLE | F-DIP | D0498 |

| Metrologista executor | Data |
|---|---|
| MARCIO TOSETO | 02/04/2025 |

**Modelo conforme caderno de componentes** (X) Sim ( ) Não ( ) Não aplicável

**Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos** (X) Sim ( ) Não

## Ensaio de Campo

**Faixa:** AV. LA SALLE **Sentido:** LESTE/OESTE

| Medições | Velocidade do Padrão (P) | Velocidade Registrada (R) | Velocidade Indicada (I) | E1 = P-R | E1 máximo admissível | E2 = R-I | E2 máximo admissível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53,4 | 52,0 | 52,0 | 1,4 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | 50,0 | 49,0 | 49,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | 53,1 | 52,0 | 52,0 | 1,1 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | 52,2 | 51,0 | 51,0 | 1,2 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | 53,0 | 52,0 | 52,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0 |

**( X ) Aprovado ( ) Reprovado**

**Observações :**

Nº de Inmetro do instrumento: 15768565
Selos/lacres utilizados: H5470038-1, H5470040-3, H5470039-4

9602577 - MARCIO TOSETO

PR4045