SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 08/04/2025

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **343/2025**

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, PRÓX. Nº1337
XANXERÊ - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 245/2022

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca:	Modelo:	Nº Série:
FOCALLE	F-DIP	D0516

Metrologista executor	Data
MARCIO TOSETO	04/04/2025

Modelo conforme caderno de componentes	**(X) Sim**	**( ) Não**	**( ) Não aplicável**
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	**(X) Sim**	**( ) Não**	

Ensaio de Campo

Faixa: RUA SANTOS DUMONT **Sentido:** NORTE/SUL

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	52,8	51,0	51,0	1,8	5,0	0,0	0
2	51,3	51,0	51,0	0,3	5,0	0,0	0
3	53,4	52,0	52,0	1,4	5,0	0,0	0
4	51,9	50,0	50,0	1,9	5,0	0,0	0
5	54,0	53,0	53,0	1,0	5,0	0,0	0

Faixa: RUA SANTOS DUMONT **Sentido:** SUL/NORTE

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	50,6	49,0	49,0	1,6	5,0	0,0	0
2	52,9	51,0	51,0	1,9	5,0	0,0	0
3	51,7	50,0	50,0	1,7	5,0	0,0	0
4	51,8	51,0	51,0	0,8	5,0	0,0	0
5	53,3	52,0	52,0	1,3	5,0	0,0	0

(X) Aprovado ( ) Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15768667
Selos/lacres utilizados: H5472818-1, H5472821-6, H5472822-9, H5472819-4, H5472820-3

9602577 - MARCIO TOSETO

PR4045