SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 30/03/2026

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **265/2026**

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: AV. LA SALLE, Nº1050
XANXERÊ - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 245/2022

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca:	Modelo:	Nº Série:
FOCALLE	F-DIP	D0499

Metrologista executor	Data
MARCIO TOSETO	23/03/2026

Modelo conforme caderno de componentes	**(X) Sim**	**( ) Não**	**( ) Não aplicável**
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	**(X) Sim**	**( ) Não**	

Ensaio de Campo

Faixa: AV. LA SALLE **Sentido:** LESTE/OESTE

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	52,6	50,0	50,0	2,6	5,0	0,0	0
2	51,8	50,0	50,0	1,8	5,0	0,0	0
3	50,2	48,0	48,0	2,2	5,0	0,0	0
4	51,6	50,0	50,0	1,6	5,0	0,0	0
5	51,9	50,0	50,0	1,9	5,0	0,0	0

Faixa: AV. LA SALLE **Sentido:** OESTE/LESTE

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	55,5	55,0	55,0	0,5	5,0	0,0	0
2	55,4	54,0	54,0	1,4	5,0	0,0	0
3	53,9	53,0	53,0	0,9	5,0	0,0	0
4	55,6	55,0	55,0	0,6	5,0	0,0	0
5	55,0	55,0	55,0	0,0	5,0	0,0	0

(X) Aprovado ( ) Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15768566
Selos/lacres utilizados: H5470045-7, H5470044-4, H5470042-9, H5470043-1, H6754350-0

9602577 - MARCIO TOSETO

PR4045