SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 30/03/2026

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **266/2026**

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: AV. LA SALLE, PRÓX. Nº477
XANXERÊ - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 245/2022

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca:	Modelo:	Nº Série:
FOCALLE	F-DIP	D0500

Metrologista executor	Data
MARCIO TOSETO	23/03/2026

Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim ( ) Não ( ) Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim ( ) Não

Ensaio de Campo

Faixa: AV. LA SALLE **Sentido:** OESTE/LESTE

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	55,7	55,0	55,0	0,7	5,0	0,0	0
2	55,8	55,0	55,0	0,8	5,0	0,0	0
3	54,3	54,0	54,0	0,3	5,0	0,0	0
4	53,8	53,0	53,0	0,8	5,0	0,0	0
5	54,8	54,0	54,0	0,8	5,0	0,0	0

(X) Aprovado ( ) Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15768567
Selos/lacres utilizados: H5470048-5, H5470047-2, H6754351-2

9602577 - MARCIO TOSETO

PR4045