SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 30/03/2026

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **268/2026**

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, PRÓX. Nº767
XANXERÊ - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 245/2022

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca:	Modelo:	Nº Série:
FOCALLE	F-DIP	D0503

Metrologista executor	Data
MARCIO TOSETO	23/03/2026

Modelo conforme caderno de componentes	**(X) Sim**	**( ) Não**	**( ) Não aplicável**
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	**(X) Sim**	**( ) Não**	

Ensaio de Campo

Faixa: RUA MARECHAL DEODORO **Sentido:** SUL/NORTE

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	53,6	53,0	53,0	0,6	5,0	0,0	0
2	54,1	55,0	55,0	- 0,9	5,0	0,0	0
3	50,4	49,0	49,0	1,4	5,0	0,0	0
4	56,9	56,0	56,0	0,9	5,0	0,0	0
5	54,4	54,0	54,0	0,4	5,0	0,0	0

Faixa: RUA MARECHAL DEODORO **Sentido:** NORTE/SUL

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	60,4	59,0	59,0	1,4	5,0	0,0	0
2	55,6	54,0	54,0	1,6	5,0	0,0	0
3	50,0	49,0	49,0	1,0	5,0	0,0	0
4	52,1	51,0	51,0	1,1	5,0	0,0	0
5	51,9	51,0	51,0	0,9	5,0	0,0	0

(X) Aprovado ( ) Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15768663
Selos/lacres utilizados: H5472801-9, H5472802-1, H5470099-6, H5470100-3, H6754353-8

9602577 - MARCIO TOSETO

PR4045