SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 30/03/2026

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **270/2026**

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: RUA MARANHÃO, PRÓX. Nº450
XANXERÊ - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 245/2022

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca:	Modelo:	Nº Série:
FOCALLE	F-DIP	D0504

Metrologista executor	Data
MARCIO TOSETO	24/03/2026

Modelo conforme caderno de componentes	**(X) Sim**	**( ) Não**	**( ) Não aplicável**
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	**(X) Sim**	**( ) Não**	

Ensaio de Campo

Faixa: RUA MARANHÃO **Sentido:** LESTE/OESTE

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	51,4	52,0	52,0	- 0,6	5,0	0,0	0
2	50,8	51,0	51,0	- 0,2	5,0	0,0	0
3	52,3	53,0	53,0	- 0,7	5,0	0,0	0
4	54,3	54,0	54,0	0,3	5,0	0,0	0
5	52,2	52,0	52,0	0,2	5,0	0,0	0

Faixa: RUA MARANHÃO **Sentido:** OESTE/LESTE

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	52,3	52,0	52,0	0,3	5,0	0,0	0
2	58,3	58,0	58,0	0,3	5,0	0,0	0
3	51,0	51,0	51,0	0,0	5,0	0,0	0
4	54,6	54,0	54,0	0,6	5,0	0,0	0
5	52,1	52,0	52,0	0,1	5,0	0,0	0

(X) Aprovado ( ) Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15768571
Selos/lacres utilizados: H5470061-3, H5470062-6, H5470060-0, H5470059-1, H6754355-3

9602577 - MARCIO TOSETO

PR4045