SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 31/03/2026

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **291/2026**

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia de Santa Catarina

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: RUA RUI BARBOSA, PRÓX. Nº1580
XANXERÊ - SC

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 245/2022

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca:	Modelo:	Nº Série:
FOCALLE	F-DIP	D0510

Metrologista executor	Data
MARCIO TOSETO	26/03/2026

Modelo conforme caderno de componentes	**(X) Sim**	**( ) Não**	**( ) Não aplicável**
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	**(X) Sim**	**( ) Não**	

Ensaio de Campo

Faixa: RUA RUI BARBOSA **Sentido:** SUL/NORTE

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	49,0	48,0	48,0	1,0	5,0	0,0	0
2	50,1	49,0	49,0	1,1	5,0	0,0	0
3	49,2	48,0	48,0	1,2	5,0	0,0	0
4	53,4	52,0	52,0	1,4	5,0	0,0	0
5	51,3	51,0	51,0	0,3	5,0	0,0	0

Faixa: RUA RUI BARBOSA **Sentido:** NORTE/SUL

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	50,6	50,0	50,0	0,6	5,0	0,0	0
2	50,9	49,0	49,0	1,9	5,0	0,0	0
3	52,6	52,0	52,0	0,6	5,0	0,0	0
4	52,1	52,0	52,0	0,1	5,0	0,0	0
5	53,2	53,0	53,0	0,2	5,0	0,0	0

(X) Aprovado ( ) Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15768656
Selos/lacres utilizados: H5470066-7, H5470067-0, H5470065-4, H5470064-1, H6754365-7

9602577 - MARCIO TOSETO

PR4045