



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 -8542

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

1 Alteracao Pregao E 0002

“PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EDITAL”

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/2019

EDITAL nº 0002/2019

Modalidade: “PREGÃO ELETRÔNICO”

O MUNICÍPIO DE XANXERÊ, Estado de Santa Catarina, através do Fundo Municipal de Saúde **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados que está ALTERANDO o Edital de PREGÃO Eletrônico, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, em virtude da alteração do Anexo I - Itens do Edital.

DO OBJETO: Aquisição de Materiais de Laboratório destinados ao atendimento dos pacientes que fazem uso da rede de Atenção Básica do município de Xanxerê – SC, conforme Edital e seus Anexos.

DAS ALTERAÇÕES - Ficam alteradas as Especificações dos Itens 01 ao 07 e 09 ao 13. Permanecem inalteradas as especificações dos itens 08, 14 ao 19. Fica incluído o item 20. O Anexo I do Edital passa a ser:

ITEM 01: Kit Amilase Direta CNP, compatível com o Equipamento SINNOWA X260, com as seguintes especificações mínimas: volume: 60ml, Nº de determinações por kit: 240, Volume da amostra: 5ul e Volume do reagente 240ul.

ITEM 02: Kit Bilirrubina Total e kit Bilirrubina Direta, compatível com o Equipamento SINNOWA X260, com as seguintes especificações mínimas: volume: 50ml, Nº de determinações por kit: 250, Volume da amostra: 10ul e Volume do reagente 160ul R1 e 40ul R2.

ITEM 03: Kit CK – NAC, compatível com o Equipamento SINNOWA X260, com as seguintes especificações mínimas: volume: 60ml, Nº de determinações por kit: 300, Volume da amostra: 4ul e Volume do reagente 200ul.

ITEM 04: Kit Cálcio Arsenazo, compatível com o Equipamento SINNOWA X260, com as seguintes especificações mínimas: volume: 100ml, Nº de determinações por kit: 333, Volume da amostra: 3ul e Volume do reagente 300ul.

ITEM 05: Kit Fósforo UV, compatível com o Equipamento SINNOWA X260, com as seguintes especificações mínimas: volume: 200ml, Nº de determinações por kit: 666, Volume da amostra: 3ul e Volume do reagente 300ul.

ITEM 06: Kit LDH – UV, compatível com o Equipamento SINNOWA X260, com as seguintes especificações mínimas: volume: 60ml, Nº de determinações por kit: 300, Volume da amostra: 4ul e Volume do reagente 200ul.

ITEM 07: Glicose 75g GLU UP Líquido, c/300ml;

ITEM 08: Sem alteração.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Fone/Fax - 049 3441 -8542

CEP - 89820-000 - XANXERÊ - SC. - CNPJ - 83 009 860/0001-13.

ITEM 09: Kit Magnésio compatível com o Equipamento SINNOWA X260, com as seguintes especificações mínimas: volume: 100ml, N° de determinações por kit: 333, Volume da amostra: 3ul e Volume do reagente 300ul.

ITEM 10: Kit Proteinúria, compatível com o Equipamento SINNOWA X260, com as seguintes especificações mínimas: volume: 100ml, N° de determinações por kit: 500, Volume da amostra: 10ul e Volume do reagente 200ul.

ITEM 11: Corante azul de cresil brilhante 1% 100 ml.

ITEM 12: Kit Lipase Direta, compatível com o Equipamento SINNOWA X260, com as seguintes especificações mínimas: volume: 48ml, N° de determinações por kit: 192, Volume da amostra: 2,5ul e Volume do reagente 155ul R1 e 95ul R2;

ITEM 13: Kit Ferro - PP CAT 438, compatível com o Equipamento SINNOWA X260, com as seguintes especificações mínimas: volume: 100ml, N° de determinações por kit: 400, Volume da amostra: 2,5ul e Volume do reagente 200ul R1 e 50ul R2;

ITENS 14 a 19: Sem alteração.

ITEM 20: Frasco Plástico com tampa e rosca para coleta de material para exame (urina e fezes) - 50 ml - Estéril.

Os kits devem oferecer:

- a) Manual de automação correspondente com o aparelho SINNOWA SX-260;
- b) Devem possuir bula (instrução de uso) juntamente com a caixa de Kit.

Valor estimado: O valor total estimado para licitação passa a ser **R\$ 53.523,10**.

DA NOVA DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 08h30min do dia 19/03/2019.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: será às 08h31min do dia 19/03/2019.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min do dia 19/03/2019.

LOCAL: Site www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações"

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Edital acima citado.

Xanxerê-SC, 28 de fevereiro de 2019.

AVELINO MENEGOLLA
Prefeito Municipal