

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
CNPJ: 83.009.860/0001-13
ENDEREÇO: RUA DR. JOSÉ DE MIRANDA RAMOS, 455
CEP: 89820000 - XANXERE – SC

ATA DOS TRABALHOS DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
0116/2012 DO MUNICÍPIO DE XANXERÊ.

Aos quatorze dias do mês de setembro de 2012 às nove horas e trinta minutos, reuniram-se na Sala de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ, situada na RUA DR. JOSÉ DE MIRANDA RAMOS, 455, para realizar-se a sessão pública de abertura dos envelopes contendo as propostas de preços apresentados em razão do Processo Licitatório Nº 0174/2012, Pregão Nº 0116/2012, cujo objeto é a Aquisição de 01 Desfibrilador Externo Automático destinado a atendimentos de emergência da 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Xanxerê, conforme especificações constantes no Edital. Presentes a Pregoeira Srta. ALINE ELIZA CORADI, membros da Equipe de Apoio, Sr. Walter Parizotto Cap. BM OD do CBMSC Xanxerê, nomeados pelo decreto BLB 005/2011 096/12, e os representantes das proponentes de acordo com Credenciamento anexo ao processo. Entregaram os envelopes de Proposta e Documentação no setor de protocolo os seguintes fornecedores:

10419	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, credenciada como EPP
11439	ODONTOESTE LTDA, credenciada como ME
11507	DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, sem representante

Dando início a sessão, a Pregoeira recebeu os envelopes de proposta e documentação de habilitação (envelopes 01 e 02). A Pregoeira então solicitou a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes de proposta e documentação e rubricassem os mesmos. Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial, os representantes declaram que cumprem com os requisitos de habilitação e a Pregoeira determina a abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras das empresas. Foi verificado a conformidade das mesmas com as exigências do Edital, constatando que a marca cotada pelo proponente ODONTOESTE LTDA não é compatível com a descrição exigida no Edital, conforme aponta o Manual do Usuário do produto, impresso pelo site da ANVISA, em anexo, sendo que o Edital exigia capacidade mínima de 350 descargas e mínimo

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
CNPJ: 83.009.860/0001-13
ENDEREÇO: RUA DR. JOSÉ DE MIRANDA RAMOS, 455
CEP: 89820000 - XANXERE – SC

aceitável IP 55, sendo que o produto cotado é de até 250 choques e IP 54, por esse motivo a pregoeira desclassifica a proposta acima mencionada. Nas demais propostas nada de irregular foi constatado, tendo as mesmas atendido aos requisitos do Edital e cotado preços de acordo com o previsto no Termo de Referência, declarou-se aberta a sessão para proceder os lances verbais, de acordo com Quadro Comparativo de Lances anexo a presente ata. Fica declarado como melhor classificado o seguinte proponente:

LISTAGEM DOS CLASSIFICADOS - ITENS				
FORNECEDOR	ITEM	MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0001	<p>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) BIFÁSICO, COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO MÍNIMA:</p> <p>CARACTERÍSTICAS GERAIS: FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL BIFÁSICO, COM COMPENSAÇÃO DE VOLTAGEM E DURAÇÃO PARA A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE; PROTEÇÃO ELÉTRICA: ENTRADA PROTEGIDA CONTRA IMPULSOS DE ALTA VOLTAGEM DO DEFIBRILADOR DE ACORDO COM A NORMA IEC 60601-1; CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA: EQUIPAMENTO ALIMENTADO INTERNAMENTE. IEC 60601-1; FREQUÊNCIA CARDÍACA: 20 PARA 300 BPM EM EXIBIÇÃO DIGITAL; POSSIBILITAR APLICAÇÃO DE CHOQUES EM PACIENTES PEDIÁTRICOS A PARTIR DE 01 ANO DE IDADE; EXIBIÇÃO DO ECG: A INFORMAÇÃO DO ECG É RECEBIDA DAS PÁS DE TERAPIA APLICADAS ÀS POSIÇÕES ANTERO-LATERAL OU ANTERO-POSTERIOR, OU DO CABO ECG DE 3 VIAS EM DERIVAÇÃO II; POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO PACIENTE APENAS VIA CABO 3 VIAS DE ECG; ORIENTAÇÃO DE VOZ EM IDIOMA PORTUGUÊS; INDICADOR DE CAPACIDADE DA</p>	9.900,00	9.900,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
CNPJ: 83.009.860/0001-13
ENDEREÇO: RUA DR. JOSÉ DE MIRANDA RAMOS, 455
CEP: 89820000 - XANXERE – SC

		<p>BATERIA: INDICADOR SEGMENTADO QUE DEMONSTRA A CAPACIDADE DA BATERIA; INDICADOR DE MANUTENÇÃO: EXIGE A NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUANDO EXIBIDO; RELATÓRIO: ECG CONTÍNUO. SUMÁRIO DOS EVENTOS CRÍTICOS DE RESSUSCITAÇÃO E AS FORMAS DE ONDA ECG ASSOCIADAS. RELATÓRIO DE MARCAÇÕES DE TEMPO REFLETINDO AS ATIVIDADES DO OPERADOR E DO APARELHO; RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS AUTO-TESTES; COMUNICAÇÃO: TRANSFERÊNCIA DE DADOS SEM FIO PARA UM COMPUTADOR PESSOAL; CHOQUE CONFIGURÁVEL DE 150J A 360J; BATERIA DE LÍTIO, NÃO RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 DESCARGAS DE 200 JOULES; RESISTENTE A CONDIÇÕES AMBIENTAIS: IMPACTO, QUEDA, VIBRAÇÃO, UMIDADE RELATIVA, POEIRA, ÁGUA, ETC; MÍNIMO ACEITÁVEL IP 55.</p> <p>MODO DEA: SISTEMA DE ANÁLISE DE ECG QUE AVISA SE UM CHOQUE FOR APROPRIADO, ATENDE O CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE RITMO ESPECIFICADO NA DF80 E IEC 60601-2-4. NO MODO DEA, O APARELHO SOMENTE PERMITE A APLICAÇÃO DO CHOQUE SE O SISTEMA SAAS RECOMENDAR A DESFIBRILAÇÃO; SEQUÊNCIA DE ENERGIA: MÚLTIPLOS NÍVEIS, CONFIGURÁVEIS DE 150 A 360 JOULES.</p> <p>MODO ECG: MOSTRADOR DE ECG PACIENTE: FORNECE A EXIBIÇÃO DO ECG NÃO-</p>		
--	--	---	--	--

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
CNPJ: 83.009.860/0001-13
ENDEREÇO: RUA DR. JOSÉ DE MIRANDA RAMOS, 455
CEP: 89820000 - XANXERE – SC**

Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata que segue assinada pela Pregoeira e demais presentes.

XANXERE – SC, 14 de setembro de 2012.

ALINE ELIZA CORADI
PREGOEIRA

NILSE BRESAN
EQUIPE DE APOIO

LAUCIR BERLANDA
EQUIPE DE APOIO

WALTER PARIZOTTO
CAP BM OD DO
CBMSC XANXERÊ

PROponentes:

ODONTOESTE LTDA

SERMEDICAL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA